

空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715.15B）

廢止總說明

「空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715.15B）」（以下簡稱本方法）於一百零三年一月六日公告，一百零三年四月十五日生效。因標準氣體配製已有採用量測不銹鋼採樣筒內之壓力變化換算標準氣體濃度之方式，且本方法僅利用質譜儀中全幅掃描(Scan)方式進行量測，未包含選擇離子監測模式(SIM)進行偵測量測，已不符合檢測實務需求，且本方法已整併納入「空氣中揮發性有機化合物檢測方法－不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（NIEA A715.16B）」草案，爰依空氣污染防治法第四十九條第三項及室內空氣品質管理法第十一條第三項規定廢止本方法。