

生物醫療廢棄物滅菌效能測試方法－化學指示劑檢測法

中華民國 100 年 5 月 2 日環署檢字第 1000035808 號公告

自中華民國100年8月15日生效

NIEA R357.00B

一、方法概要

本方法係利用化學指示劑(chemical indicator, CI) 之物理及化學反應，以監測滅菌過程中多種操作參數是否符合標準，或用以測定滅菌物品是否確實暴露於特定滅菌條件。將其置於 16 層包布之挑戰包(challenge pack, CP) 中，以模擬滅菌過程之蒸氣阻絕，並將挑戰包置於滅菌設施之冷點(cold spot)，經高溫高壓蒸氣滅菌後利用化學指示劑感應區陰影顏色之變動，來表示滅菌過程所需的所有滅菌參數是否符合整體的滅菌條件。

二、適用範圍

本方法適用於生物醫療事業廢棄物滅菌處理專用高溫高壓蒸氣滅菌法設施功能之規範。

三、干擾

高溫高壓蒸氣滅菌設施功能檢測使用之化學指示劑，避免接觸光線、化學品及化學蒸氣並保存在乾冷環境下，並注意保存不當之顏色變化，避免滅菌後之化學指示劑判讀，呈偽陰性反應。

四、設備及材料

- (一) 高溫高壓蒸氣滅菌設施：需符合事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 21 條第 2 項規定。
- (二) 挑戰包：以 16 條清洗乾淨，可重複使用的棉布或吸水性良好之布巾 (烘乾後靜置 2 小時)製作，布巾大小約 16 吋 × 26 吋 (約 41 公分 × 66 公分)。
- (三) 布巾製作方式如下(如圖一)：
 1. 將 16 條布巾縱向摺成 3 折，然後橫向對摺。
 2. 將布巾上下依序堆疊起來，每條布巾的對摺處與下一條相反。
 3. 用耐熱繩子將它整網固定好。其大小接近 23 cm x 23 cm x 15 cm (長 x 寬 x 高)。
- (四) 滅菌指示帶：依化學指示劑分級制度(如附件一)作標示。

五、試劑

化學指示劑(如附件一，化學指示劑分級制度)：等級至少為 Class 4，可以同時查核兩種參數是否符合操作條件，例如：溫度與時間。

六、採樣與保存

略

七、步驟

- (一) 將化學指示劑，放在挑戰包第八和第九條布巾之間的中心點，再用耐熱繩子將它整綑固定好。
- (二) 將挑戰包與待滅菌物一起放入高溫高壓滅菌設施內，挑戰包放置於高溫高壓滅菌設施內冷點位置(一般為排水口或排氣口附近)(如圖二)。
- (三) 高溫高壓滅菌設施滅菌操作，依平時滅菌方式操作，設施內除挑戰包外，其餘之待滅菌物，其物理組成應與平日滅菌操作之待滅菌物相當，且包裝容量(或重量)、密度、水分含量不得低於平日滅菌操作之待滅菌物。
 1. 重力鍋操作條件為；滅菌操作溫度 121°C (250°F) 以上，每平方公分 1.06 公斤(每平方英吋 15 磅)以上之壓力，加熱時間為 60 分鐘以上之重力鍋。
 2. 真空鍋操作條件為；135°C (275°F) 以上，每平方公分 2.18 公斤(每平方英吋 31 磅)以上之壓力，加熱時間為 45 分鐘以上。
- (四) 對於待滅菌物採個別包裝者，於每一包裝袋均須使用滅菌指示帶，以區分是否完成滅菌處理程序。
- (五) 滅菌完成後，需等溫度及壓力降至安全範圍後，將化學指示劑取出，進行結果判讀。
- (六) 若同時執行生物指示劑對照試驗，方法請見(方法生物醫療廢棄物滅菌效能測試方法-嗜熱桿菌芽孢測試法 R356.00B)。

八、結果處理

- (一) 依化學指示劑製造廠商所建議之方式進行判讀，以確知整體的滅菌過程所需的滅菌參數是否符合整體的滅菌條件。
- (二) 生物醫療廢棄物高溫高壓滅菌設施操作檢測紀錄，須註明操作日期，滅菌模式、溫度、壓力、進鍋時間、滅菌時間、出鍋時間、化學指示劑廠牌、批號及操作人員簽章等。

九、品質管制


- (一) 操作人員應具備微生物基本訓練及相關滅菌知識。
- (二) 廢棄物高溫高壓滅菌設施操作規範、紀錄及頻率，可參考「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」、「有害事業廢棄物檢測及紀錄管理辦法」、「感染性廢棄物滅菌處理標準及相關規定」、「醫療事業廢棄物高溫高壓滅菌處理手冊」等規定辦理。
- (三) 生物醫療廢棄物之高溫高壓滅菌設施操作人員，須依「鍋爐及壓力容器安全規則」規定辦理。

十、精密度與準確度


略

十一、參考文獻

- (一) Association for the Advancement of Medical Instrumentation, America National Standard. Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities ANSI/AAMI ST79:2006/A2:2009
- (二) Perioperative Standards and Recommended Practices. Recommended Practices for Sterilization in the Perioperative Practice Setting. (2008) Association for perioperative Registered Nurses.
- (三) 江舟峰，我國醫療廢棄物滅菌效能測試規範與現況。台中：中國醫藥大學環境醫學研究所，2010。
- (四) Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. (2008) U.S.A. CDC.2.
- (五) 3M Health Care. 3M 1243 Comply Steam Chemical Integrator: Technical Information Sheet. St. Paul, MN,2006;12p.
- (六) 滅菌監測之感染控制措施指引,2010. 衛生署疾病管制局。




挑戰包布巾折法




指示劑放置位
置(第八、九層
中間)

16層布巾堆疊方式



圖一 挑戰包製作方示意圖



圖二 挑戰包擺放位置(冷點)示意圖

附件一 化學指示劑分級制度

參考美國 Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)將化學指示劑分五個等級：

- λ Class 1 (Process Indicators):僅能證實是否暴露過滅菌過程及區別已滅菌或未滅菌，例如：滅菌指示帶 (tape)。
- λ Class 2 (Specific Indicators):可驗證滅菌鍋的是否被蒸汽完全注入與抽真空時是否有冷空氣進入，例如：Bowie-Dick。
- λ Class 3 (Single-parameter Indicators):可查核滅菌過程中時間或者溫度其中一種參數是否符合操作條件。
- λ Class 4 (Multi-parameter Indicators):可以同時查核兩種參數是否符合操作條件，例如：溫度與時間、時間與飽和蒸汽。
- λ Class 5 (Integrating Indicators):整合型化學指示劑可查核各種操作條件，如溫度、時間、飽和蒸汽等因子。